

## 本認証標準物質の使い方

ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025)<sup>1)</sup>では、認証標準物質を用いて試験所の日常の内部品質管理又は試験所が開発した試験方法の妥当性確認を実施することが推奨されている。ここで、認証標準物質を用いた試験成績の真度評価の一例として、当センターにおいて採用している内部品質管理方法 (I) 及び ERM アプリケーションノート<sup>2)</sup>で示されている方法 (II) を紹介する。

### I 警戒限界及び処置限界による妥当性確認

内部品質管理のために実施した併行試験の繰返し数 ( $n$ )、認証値 ( $\mu$ )、共同試験の結果より得られた室内標準偏差 ( $s_W$ ) 及び室間再現標準偏差 ( $s_R$ ) を用いて (a) 式、(b1) 式及び (c1) 式により、技能評価のための標準偏差、警戒限界及び処置限界を求める<sup>3)</sup>。なお、併行試験のそれぞれの試験値 (又は管理値) を用いる場合は、繰返し数 ( $n$ ) を  $n = 1$  とし、警戒限界 ((b2) 式) 及び処置限界 ((c2) 式) を算出する。

下表に FAMIC-C-21 について算出した警戒限界及び処置限界を参考として示した。なお、この算出にあたっては途中の計算における数値の丸めを行っていない。

品質管理成績が処置限界の範囲を超えた場合は、その一連の試験を不適合とし、再試験を実施することが望まれる。2 回連続してその品質管理成績が警戒限界の範囲を超えた場合は、2 回目の試験を不適合とし、再試験を実施することが望まれる<sup>4)</sup>。

$$\text{技能評価のための標準偏差 } (\sigma) = \sqrt{(s_R^2 - s_W^2) + \frac{s_W^2}{n}} \quad \dots (a)$$

$$\text{平均値に対する警戒限界} = \mu \pm 2 \times \sigma \quad \dots (b1)$$

$$\text{単一の試験値に対する警戒限界} = \mu \pm 2 \times s_R \quad \dots (b2)$$

$$\text{平均値に対する処置限界} = \mu \pm 3 \times \sigma \quad \dots (c1)$$

$$\text{単一の試験値に対する処置限界} = \mu \pm 3 \times s_R \quad \dots (c2)$$

表 肥料認証標準物質C(FAMIC-C-21)の警戒限界、処置限界

成分	認証値又は参考値 ( $\mu$ )	拡張不確かさ ( $U_{95\%}$ )	室内標準偏差 $S_W$	室間再現標準偏差 $S_R$	単一試験 ( $n=1$ )				併行試験(平均値: $n=2$ )			
					下方処置限界	下方警戒限界	上方警戒限界	上方処置限界	下方処置限界	下方警戒限界	上方警戒限界	上方処置限界
	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>
T-N(燃焼法)	4.11	± 0.02	0.02	0.02	4.03	4.06	4.16	4.18	4.04	4.06	4.15	4.17
T-N(ケルダール法)	3.8	± 0.10	0.09	0.17	3.3	3.5	4.1	4.3	3.3	3.5	4.1	4.3
T-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5.29	± 0.04	0.04	0.07	5.08	5.15	5.44	5.51	5.10	5.16	5.42	5.49
T-K <sub>2</sub> O	0.53	± 0.02	0.01	0.03	0.45	0.48	0.58	0.61	0.46	0.48	0.58	0.61
T-CaO	4.16	± 0.08	0.07	0.12	3.79	3.91	4.41	4.53	3.82	3.93	4.39	4.50
O-C	27.0	± 0.20	0.22	0.44	25.7	26.2	27.9	28.3	25.8	26.2	27.8	28.3
	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)
T-Cu	447	± 8	9	16	398	415	479	496	402	417	477	492
T-Zn	1340	± 14	31	35	1234	1269	1411	1446	1258	1285	1395	1422
As	7.3	± 0.6	0.3	1.1	4.1	5.2	9.5	10.6	4.1	5.2	9.5	10.5
Cd	2.0	± 0.1	0.04	0.06	1.8	1.8	2.1	2.1	1.8	1.9	2.1	2.1
Hg	0.61	± 0.02	0.03	0.05	0.47	0.52	0.71	0.76	0.48	0.53	0.70	0.74
Ni	27	± 2	1	3	19	22	33	36	19	22	33	36
Cr	31	± 2	1	3	23	26	36	39	24	26	36	38
Pb	23	± 1	0.4	1	19	20	25	26	19	21	25	26
	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>	(%) <sup>a)</sup>
水分(乾燥器) <sup>b)</sup>	12.0	± 0.4	0.2	0.5	10.4	10.9	13.0	13.5	10.5	11.0	13.0	13.5
水分(水分計) <sup>b)</sup>	13.2	± 0.1	0.2	0.2	12.6	12.8	13.5	13.7	12.8	12.9	13.4	13.5

a) 質量分率

b) 参考値

## II 測定値と認証値の比較による妥当性確認

内部品質管理のために実施した併行試験の繰返し数( $n$ )並びに認証値( $\mu$ )、拡張不確かさ( $U_{95\%}$ )を用いて(d)式が成り立てば、測定値の平均値と認証値に有意差はないと判定する。

$$|\mu - X_{meas}| \leq 2\sqrt{\left(\frac{U_{95\%}}{2}\right)^2 + u_{meas}^2} \quad \dots(d)$$

$X_{meas}$  : 測定値の平均値

$u_{meas}$  : 測定値の不確かさ = 測定値の標準偏差 /  $\sqrt{n}$

測定値の不確かさ( $u_{meas}$ )を推定するために、測定値の標準偏差について以下のような近似方法がある。

- ① 試験室内再現性(中間精度)の標準偏差をおおよその推定値とすることができる。
- ② 共同試験の結果より得られた室内標準偏差( $s_W$ )を用いることができる。この場合、試験室が本認証標準物質における共同試験に参加した試験室と同程度の能力を有すると確認された後に使用できる。
- ③ 測定値より求めた標準偏差をおおよその推定値とすることができる。ただしこの推定値は測定の不確かさを過小評価することとなり、常に一方向に偏りがある試験成績の場合には厳しい確認方法となってしまうので注意が必要である。

【参考規格及び文献】

- 1) ISO/IEC 17025 (2017): “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” (JIS Q 17025 :2018, 「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」)
- 2) Thomas Linsinger : “Comparison of a measurement result with the certified value”, European Reference Materials' application note 1 , European Commission - Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) (2010)
- 3) ISO 13528 (2005): “Statistical method for use in proficiency testing by inter laboratory comparisons” (JIS Z 8405 : 2008, 「試験所間比較による技能試験のための統計的方法」)
- 4) Thompson, M. Wood, R.: Harmonized Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, *Pure & Appl. Chem.*, **67** (4), 649~666 (1995)